BAKTERİ FİLTRESİ HMEF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kontaminasyon riskini en aza indirmek için anestezi veya solunum cihazı ile kullanılmalıdır.

2. Boyutları 75mm x 70mm olmalıdır.

3. Ölü boşluğu 18 ml olmalıdır.

4. Ağırlığı 30 gr'dan fazla olmamalıdır.

5. Tidal volume 200 ile 1.500 ml arası olmalıdır.

6. Bakteriyel filtre verimliliği %99,9999'a kadar sağlamalıdır. Virüs etkinliği % 99,99'a kadar sağlamalıdır.

7. Basınç veya CO_2 algılama için 4,3 Luer bağlantısı olmalıdır.

8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.

9. Tek kullanımlık olmalıdır.

ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Ayşe Tuğba TECİRLİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Diplomalı No 138551 106724

Murat SARAY
Anestezi Birim Sorumlusu

Mustafa ÇINAR
Sağlık Memuru